



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.itweb: www.phsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A48419

Numero di identificazione 13A48419

Descrizione del campione Sedimenti Torrente Faltona prelevati in posizione a Valle -
Prelevato presso Impianto di Compostaggio Faltona, comune di Borgo
San Lorenzo

Campionamento effettuato da: Cliente (§)

Richiedente: PUBLIAMBIENTE SPA
VIA GARIGLIANO, 1
EMPOLI 50053 FI

Data arrivo campione: 13/12/2013

Date esecuzione prove: - 23/12/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Inc	MDL	Metodo
Cadmio (Cd)	< 0.20	mg/Kg s.s.		0.2	EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007
Cromo (Cr)	27.9	mg/Kg s.s.	8.4	1	EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007
Nichel (Ni)	30.4	mg/Kg s.s.	6.1	1	EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007
Piombo (Pb)	13.5	mg/Kg s.s.	2.7	2	EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007
Rame (Cu)	16.0	mg/Kg s.s.	3.2	2	EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007
Zinco (Zn)	48.8	mg/Kg s.s.	14.6	5	EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 23/12/2013

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Modello RDP_CON_MINRIL rev.9 del 09/09/2013

Pagina 1 di 1