

Sorgente per controllo di costanza di portali e strumentazione portatile

Sorgente in dotazione all'esperto qualificato

data		13	4	115			
					T	A iniziale	t tempo
nuclide	data	taratura		giorni	Bq	trascorso	t/T
Cs 137	4	2	99	10950	4537	5910	0,540

0

A finale	A finale
Bq	μCi
3121	0,084

al 13-apr-15

Le prove saranno effettuate con la sorgente sopra riportata

La taratura della stessa è stata effettuata dall'Esperto Qualificato per confronto con altre sorgenti alla data iniziale indicata



per.ind. VINCENZO DELLA CROCIATA  
n° 419 – 2° grado  
Elenco Nominativo Esperti Qualificati  
D.P.R. n°1150/1972