

# EFFEMETAL

**EFFEMETAL s.r.l. Via G Di Vittorio, 24 Figline Valdarno FI**  
**Carta di Controllo del portale** secondo UNI 10897 - luglio 2013

anno

**2015**

cadenza del controllo **BIMENSILE+/- 20 gg**

data preparazione carta

**23-gen-15**

**Cs- 137**

SORGENTE DI CONTROLLO

Bq

data **04/02/1999**

**4537**

costruttore

**SAPHYMO**

tipo

**SAF 3000**

matricole pannelli

1-lato

uffici

**70167**

2-lato

esterno

**12001917**

**registrare i dati  
sul foglio  
prep carta**

**Operare in MODALITA' FONDO- non far intervenire le fotocellule- SE NO ANNULLARE L'ALLARME**

SEGNARE I valori dei fondi stabilizzati come valore iniziale


fare la media di 5 misure

APPLICARE LA SORGENTE al centro di ciascun rivelatore- SUL PALLINO

STABILIZZARE LA MISURA ( circa 1,5 minuti)-LEGGERE IL FONDO più IL SEGNALE

fare la media di 5 misure

Corretto funzionamento se entro I TRE SIGMA DEL VALORE INIZIALE

Data	attività sorgente Bq	valore iniziale 1132						valore iniziale 1132		minimo 905		massimo 1360		segnalazione allarme	
		pannello 1			eff.	VAR	esito pos. o neg.	pannello 2			eff.	VAR	esito pos. o neg.		
		Pa		cps	cps/kBq	%		cps		cps/kBq	%				
		fondo	lettura	netto				fondo	lettura	netto					
23/01/15	3136	3324,2	4479	1154,8	368,24	2%	Positivo	4465,8	5774,2	1308,4	417,22	16%	Positivo	efficiente	
19/03/15	3125	3400,8	4478,2	1081,19	345,98	-5%	Positivo	4503,8	5821,4	1322,238	423,12	17%	Positivo	efficiente	
															

note

Operatore che esegue il controllo

E.Q. 419=2°grado

Firma a fine scheda