

EFFEMETAL

EFFEMETAL s.r.l. Via G Di Vittorio, 24 Figline Valdarno FI
Controllo del portatile secondo UNI 10897 - luglio 2013

anno

2015

cadenza del controllo **BIMENSILE+/- 20 gg**

data preparazione carta da parte EQ 419


23-gen-15

Cs- 137

SORGENTE DI CONTROLLO		Bq
data	04/02/1999	4537

costruttore	Saphymo Italia s.r.l		
tipo		IF 104	
anno	nr	n°	990352

ultima taratura fabbricante
n.r.



**registrare i dati
sul foglio
prep carta**

**controllo di buon funzionamento:effettuare le letture POSSIBILMENTE nella stessa posizione,
RILEVARE IL FONDO CON SORGENTE LONTANA fare la media di 5 misure
fare la media di 5 misure al centro del rilevatore, di fronte, usando la medesima sorgente
Corretto funzionamento se entro I TRE SIGMA DEL VALORE INIZIALE**

Data	attività sorgente Bq	valore iniziale 210			minimo 163		massimo 257	
		pannello 1			eff.		VAR	esito pos. o neg.
		Pa	cps		cps/kBq		%	
		fondo	lettura	netto				
23/01/15	3136	155,0	367,8	212,8	67,86		1,3%	Positivo
19/03/15	3125	160,8	379,6	219,57	70,26		5%	Positivo



note

Operatore che esegue il controllo

eq 419=2° grado

Firma a fine scheda